

四川省卫生健康委员会

川卫医急函〔2024〕387号

四川省卫生健康委员会 关于印发《四川省背囊化医疗应急快速反应 小分队建设指南》的通知

各市（州）卫生健康委、科学城卫生健康委：

为进一步提升基层医疗应急队伍快速反应能力，根据国家《突发事件紧急医学救援“十四五”规划》和《四川省突发事件紧急医学救援规划（2023-2025年）》要求，结合我省实际，制定了《四川省背囊化医疗应急快速反应小分队建设指南》。现印发你们，请参照执行。



四川省背囊化医疗应急快速反应小分队 建设指南

为全面落实党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，推动卫生健康事业高质量发展，按照国家《突发事件紧急医学救援“十四五”规划》和《四川省突发事件紧急医学救援规划（2023-2025年）》要求，从建设国家战略腹地高度出发，结合四川实际，制定本指南。

一、建设目标

2025年底前，全省各市（州）、县（市、区）按照专业功能，至少建设一支背囊化医疗应急快速反应小分队，配备必要的背囊化应急处置装备，具备紧急医学救援、突发中毒处置和心理救援等功能。

背囊化快速反应小分队应具备快速机动、训练有素、创伤急救等能力，队伍功能应达到以下标准：能实现第一批次队员30分钟内集结出发，每次能独立处置20名伤员，协作处置50名伤员。

二、任务定位

背囊化医疗应急快速反应小分队是市（州）、县（市、区）医疗应急队伍的组成部分，主要定位于灾害发生后大型医疗设备无法到达现场时，构建能快速到达灾害现场并开展快速救治的背负式医疗系统，执行快速诊检、急救、简易手术、生命支持、洗消解毒、辐射监测、心理救援等救援任务。

背囊化医疗应急快速反应小分队日常开展所在辖区突发事

件医学救援技术指导，包括急诊急救、医学救援培训、应急演练等。发生突发事件时前往现场开展伤员评估、信息报告、救援组织、紧急救护、技术支持等工作，能满足各类较大及以下突发事件现场处置和重大突发事件先期处置需求，必要时承担跨区域医疗应急任务。

三、队伍组成和装备

（一）队员组成。市级不少于 30 人，县级不少于 20 人。医疗机构队员原则上应全部为急诊科或院前急救科（部）人员，队员不足的可以适当编入创伤、骨科、重症医学科等科室人员。中毒控制机构队员主要为毒物检测、洗消等专业人员。心理救援机构队员主要为精神卫生等专业人员。入选队员能完成负重徒步 5-10 公里。

（二）队伍标识。背囊化医疗应急快速反应小分队参照国家卫生应急队伍标识系统、卫生应急服装技术规范有关要求，配备统一队员服装、设备标识及队旗。队旗徽记使用“红十字+四川卫生”，队伍名称文字标识全部使用“××市或××市××县医疗应急快速反应小分队”，服装标识使用“××卫生”，××指市县名。

（三）队伍装备。背囊化医疗应急快速反应小分队应以承担两类专业（创伤、中毒）处置的范围，个别市（州）、县（市、区）可根据需要承担核与辐射专业处置范围，组配单兵处置、检伤处置、救援器材、药品药剂、创伤处置、中毒处置、心理救援、核与辐射处置（按需选配）8 类背囊，其中单兵处置、检伤处置、救援器材、药品药剂背囊为通用配置设备，创伤处置、中毒处置、心理救援背囊、核与辐射处置为专业工作背囊。每个背囊模块的

物资设备按照工作操作逻辑，系统性分类分隔配置。详细配置参考见附件。

四、队伍管理

（一）日常管理。背囊化医疗应急快速小分队日常管理、训练考核均纳入本级医疗应急队伍进行，由市（州）、县（市、区）卫生健康行政部门牵头负责，承建单位具体负责应急队员和应急装备的管理和维护。

（二）装备管理。按照“近场储备、分类维护”原则，背囊化医疗应急快速小分队装备应储存在承建单位急诊科或集结区库房，落实专人管理维护。开展应急处置时，以救护车为工作场所和物资装备的补给地，徒步背负背囊以工作需要组配，单人背负以 15kg 为上限。

（三）培训演练。背囊化医疗应急快速小分队每年应至少接受一次培训，由队伍承建单位组织，培训时间累计不少于 16 学时。市（州）、县（市、区）级卫生健康行政部门要组织本级背囊化医疗应急快速小分队每年至少开展一次应急演练。

五、建设保障

背囊化医疗应急快速小分队建设由市（州）卫生健康行政部门负总责。市（州）、县（市、区）卫生健康行政部门要把背囊化医疗应急快速小分队建设作为医疗应急队伍建设的重要内容，落实专项经费用于本级队伍建设和后续运维保障，确保 2025 年底完成背囊化医疗应急快速小分队建设任务；要负责指导、监督、检查队伍具体承建单位履职，做好队伍装备日常使用、管理和运行维护；要组织专家进一步完善和优化本地各类突发事件应急处

置流程方案，切实发挥背囊化医疗应急快速小分队的优势和作用。

附：背囊化医疗应急快速反应小分队装备配置参考目录

附

背囊化医疗应急快速反应小分队 装备配置参考目录

一、背囊系统功能与技术要求

（一）整包组成

包含囊（架）背负系统、分类模块包、标识系统和物品管理卡。

（二）技术要求

- 1.背负系统具备人体工程学设计；
- 2.整包具备防水设计和制造工艺，具备操作动线系统和分色标识系统设计；
- 3.重量和承载强度：最大整包自重 $\leq 3\text{kg}$ ，单包最小承重比（单包自重/最大承重量） $< 1/10$ 、实装上限 30kg ；
- 4.分类模块包具备挂载系统、分隔系统、载具系统；
- 5.材料需含粗苯防火耐磨防撕裂防水面料、高亮二类反光条、IPX5 级防水拉链；全包材料含氯剂消毒不脱色。

二、分类背囊与配置装备

(一) 单兵处置背囊

背囊名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注
单兵处置包		携挎包/腰包	个	1	分隔系统,色标; 物品卡、收纳袋 (具备背负带、承重 4kg)	便于第一时间防护、诊查、紧急处置, 每名或每两名队员配置 1 组, 每队配置 1 个卫星电话
	通讯器材	对讲机	个	1	技术要求: DMR 数模对讲; 蓝牙无线耳麦; 空旷区域距离 > 5 公里; 写频线 2 根, 写频软件 1 套	
		卫星电话	个	1	天通卫星电话+北斗短报文+北斗定位; 可扩展便携网关实现 IP 互联	
	防护器材	医用外科口罩	副	2		
		医用乳胶手套	副	2	规格 6.5-7.5 号	
	诊查器材	听诊器/电子听诊器	个	1		
		笔形电筒	个	1		
		头灯	个	1	200-999 流明、0-199 米、AA/AAA14500、Type-C USP	
		笔/记录本	套	1	带卡板	
	紧急处置	安全剪刀	把	1	金属手柄	
		碘伏消毒液	瓶	1	喷雾型, 规格 50-100ml	
		医用胶带	卷	2	规格 宽 1.25cm	
		医用无菌敷贴	张	6	规格 5*5cm/8p、10*10cm/8p、15*15cm/8p 各 2 张	
		CAT 旋压式止血带	个	1	铝棒	
		胸腔密封贴	张	1	规格≥15*15cm	
		胸腔减压针	根	1	含胸壁固定器	
		环甲膜穿刺针	根	1	含固定器	
		三角巾	个	1	压缩式包装	
		保温毯	张	1	一次性	

（二）检伤处置背囊

背囊名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注
检伤分类包		分类背囊			背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡	伤员现场检伤工作使用，市、县级每队配置1组
	呼叫工具	报警口哨	个	2		
		手持扩音喇叭	个	2	手柄可折叠	
	标识器材	警戒带	卷	1	50 米	
		标识旗（垫）和荧光棒	套	1	分区标识旗（垫）为红黄绿黑四色，荧光棒为红黄绿白四色	
	检伤工具	电子（RFID）检伤腕带	套	1	100 张	
		纸质检伤伤情卡	套	1	100 张	
	急救器材	棉垫	张	10	规格 20*30cm	
		医用无菌纱布	张	40	规格 10*10cm/8p	
		CAT 旋压式止血带	根	5	铝质旋转杆	
		四合一颈托	副	4		
		胸腔封闭帖	张	5	规格≥15*15cm	
		胸腔减压针	根	3	含固定器	

(三) 救援器材背囊

背囊名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注
生命监护包		斜挎背囊	个	1	分隔系统, 色标, 物品卡	市、县级每队配置 1 组, 满足批量和个体重症伤员连续监测
	集成监测	便携多参数监护仪	台	2	具备 TPRBP、血氧、心电 (1/7 导) 6 项参数采集, 心电危机值报警, 伤情 PHI/MEWS 自动评分显示和外传, 远程会诊; 手持式, 具有三防功能设计	
	基础监测	表式血压计	个	2	臂式	
		电子额温枪	把	2		
呼吸支持包		分类背囊/背架	个	1	背负系统, 分隔系统, 载具系统, 色标, 物品卡	市、县级每队配置 1 组
	防护器材	医用外科口罩	副	10		
		医用乳胶手套	副	10	规格 6.5-7.5 号	
	氧源	碳纤维氧气瓶	套	2	碳纤维氧气瓶 $\geq 1.6\text{L}$, 含压力表 1 副, 救护车氧气瓶对接氧桥 1 副	
	气道监护	呼吸末二氧化碳检测仪	套	1	主机小巧便携; 重量: $\leq 80\text{g}$; CO_2 波形显示: 扫描速度 2.25mm/s 、 6.3mm/s 、 12mm/s 或 25mm/s 四种	
	给氧器材	鼻吸氧导管	副	4		
		吸氧面罩	个	3	带导管	
		球囊面罩(简易呼吸器)	个	2	带导管	
	吸痰器材	手动吸痰器	台	1		
		吸痰管	根	6		
	气道开放辅助器材	开口器	个	2	成人、儿童各 1 个	
		医用无菌纱布	张	10	规格	
		可视喉镜(或普通喉镜)	副	3	婴儿、儿童、成人喉镜片各 1 个	
		液体石蜡	瓶	1		

背囊名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注
		注射器	付	4	规格 5ml	
		医用牙垫	个	2		
		插管固定器	个	2		
		插管固定带	卷	1		
	气道插管	喉罩	个	7	儿童插管，规格：1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0，各 1 个	
		口咽通气管	支	3	紧急插管，规格:大、中、小，各 1 支	
		气管插管	支	9	成人插管，规格：6.0 7.0 7.5 各 3 支	
		气管插管导丝	根	3	荧光	
		医用石蜡油	瓶	1	30ml	
循环支持包	防护器材	分类背囊	个	1	背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡	市、县级每队配置 1 组，满足 20 名中度和 4 名危重伤员处置
		医用外科口罩	副	10		
		医用乳胶手套	副	10	规格 6.5-7.5 号	
	防污器材	医用垃圾袋	个	10	含塑料尼龙封口扎带	
		医用锐器盒	个	3	折叠式	
	监测抢救	血糖仪	台	1		
		除颤仪	台	1	整机使用重量≤1kg；体积≤1000CM³；防水防尘≥IP65；整体	
	辅助器材	保温毯	张	20	一次性	
		安全剪刀	把	3		
		医用无菌敷贴或纱布	张	30	规格：4*5cm/8p 20 张、10*10cm/8p 10 张	
		医用胶带	卷	5	规格：宽 1.25cm	
		碘伏消毒液	瓶	2	喷雾型	
		医用棉签	包	50	每包 5 根	

背囊名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注
	输液针管	乳胶止血带	根	4		
		留置针	支	20	型号 24G×0.75IN 19ml/min	
		注射器	套	25	规格：5ml 20 支 10ml 10 支 20ml 5 支	
		一次性袋式输液器	个	20		
	快速补液	PICC 穿刺套装	个	4	经外周静脉置入中心静脉导管	
		骨髓腔穿刺套装	套	1	体积：106mm*148mm*37mm，允差不大于±10%；额定转速，电池满电，1150r/min；充电时不运行；夹持力应≥1N	
		加压输液袋/加温加压输液仪	台	1	便携床旁设计，体积小；具备加温加压功能；自带电池，工作时间不小于4小时；防摔防尘防水功能	
医技检查包		分类背囊	个	1	背负系统，载具系统，色标，物品卡	市级队配置 1组
	影像	手持式DR	台	1	含辐射防护衣、围脖、手套、眼镜、遮挡片、帘，个人辐射剂量监测仪	
	超声	手持式B超	台	1		
	快检	POCT	套	1	凝血、血色素快检试纸各20张	
		血糖仪	台	1	血糖试纸30张	
搬运器材包	搬运器材	分格背架	组	1	背负系统、载具系统，色标，物品卡，分类分色软包	市、县级每 队配置1 组，满足14 名伤员搬运
		折叠铲式担架	个	2	双折，可拆组合；承重≥159kg	
		折叠式脊柱固定板	个	2	含颈托、头部固定器和脊椎固定板、约束带三根；X光、MRI、CT可穿透	
		背包式拖拽担架	个	4	单人背负拖拽系统；材料含TPU、粗苯耐磨防撕裂防水面料；承重≥159kg；展开尺寸≥215cm x 61cm	
		折叠式软担架	个	6	材料含TPU、粗苯的防火耐磨防撕裂防水面料；展开尺寸≥215cm x 61cm；承重≥159kg	

背囊名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注
救援设施配置	搬运器材	真空负压夹板担架	个	1	材料含 TPU、粗苯耐磨防撕裂防水面料面料；CT、X 光及核磁共振检查不卸载；真空阀抽气停止后自动关闭，真空度 -0.1Mpa ~ -0.05Mpa 持续 72h 以上	市、县级每队配置 2 组
		解救套	个	2	头胸背躯干固定夹板	
		嵌入式救护车连体帐篷	顶	1	车篷连体，侧门嵌入充气式；容积≥5×2.8×2m；红十字标志（顶和侧面）	
救援设施配置	搬运器材	多功能筐式上车担架车	个	1	承载 220 公斤，轮径 > 35cm,与救护车固定系统匹配；适合野外泥土路面，满足伤员和货物运送	市、县级每队配置 2 组
		救护车救援功能改造	项	1	1 车 1 项，外供应急电源、气源、冷暖通风改造，地板、车壁挂载固定器设置≥18	

（四）药品药剂背囊

背包名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注
药品药剂包	防污器材	分类背囊	个	1	背负系统，分隔系统，药品载具系统，色标，物品卡	市、县级队伍每队配置 1 组
		医用锐器盒	个	2	规格≤0.5L	
		医用垃圾袋	个	2	含塑料尼龙封口扎带	
	辅助器材	安全剪	个	2		
		安培瓶砂轮	个	10		
		肾上腺素（0.1）	支	10		
		去甲肾上腺素（1mg）	支	10		
		氨茶碱（0.25g）	支	10		
		甲强龙（40mg）	支	10		
		速尿（20mg）	支	10		
		奥美拉唑注射液（40mg）	支	10		

背包名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注
	急救药品	胺碘酮（150mg）	支	10		
		纳洛酮注射液(0.4mg)	支	5		
		安定针(10mg)	支	5		
		地塞米松针(5mg)	支	10		
		山莨菪碱针(10mg)	支	5		
		阿托品(5mg)	支	10		
		氨 甲 环 酸 注 射 液 （0.25g）	支	10		
		亚甲蓝(20mg)	支	5		
		利多卡因（5ml）	支	10		
		曲马多注射液（2ml： 0.1g）	支	5		
	输注液体	0.9%生理盐水（250ml）	瓶	5		
		5%葡萄糖水（250ml）	瓶	5		
		乳 酸 钠 林 格 氏 液 （500ml）	瓶	5		
		碳 酸 氢 钠 注 射 液 （100ml）	瓶	3		
		甘露醇（250ml）	瓶	5		
	口服药品	抗生素			由各队伍根据自己所在地区及任务类型自行组合配置，不低于 10人份1天剂量	
		解痉药物				
		止痛药物				
		解热镇痛药物				
		抗过敏药物				
		心血管系统药物				
		镇静药物				

（五）创伤处置背囊

背包名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注
创伤急救包		分类背囊	个	1	背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡	市、县级每队配置2组，满足20-30名伤员处置
	辅助器材	医用胶带	卷	5	规格：宽 1.25cm	
		安全剪刀	把	2		
		保温毯	个	30	一次性	
	创面敷料	医用无菌敷贴/纱布	张	150	规格 6*7cm/8p、10*10cm/8p、10*25cm/8p 各 50 张	
		医用棉垫	张	10	规格 20×30cm	
		压缩曲线纱布	张	10	规格 11cm×350cm	
		凡士林纱布敷料	张	10	规格 15×20cm	
	包扎带	纱布绷带	卷	10		
		弹性绷带	卷	5		
		网状弹力带	个	10		
	胸部器材	胸腔减压针	根	2	胸腔减压针固定器 2 副	
		胸腔密封贴	张	5	规格≥15*15cm	
	加压止血	卡扣式止血带	个	2		
		CAT 旋压式止血带	个	4	铝质旋转杆	
		以色列绷带	根	4		
		交界处止血带	个	2		
	固定器材	可塑卷式夹板	个	3	规格 11*46cm，11*92cm，15*92cm 各 1 个	
		胸腹固定带	个	2		
		四合一颈托	个	4		
		骨盆固定器（带）	个	2	规格：大中小	
		三角巾	个	10	压缩包装	

背包名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注
手术器材包		模块分格背囊	个	1	背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡	市、县级每队配置 1 组
	防污器材	医用垃圾袋	个	10	含塑料尼龙封口扎带	
		医用锐器盒	个	3		
	消毒器材	碘伏	瓶	10	250ml	
	气道管理	环甲膜穿刺套件包	副	2		
		气管切开插管套件包	个	1		
	创面处置	清创缝合包	个	6		
		止血钳（夹）	个	6		
		便携式高频电刀止血器	台	1		
	胸腔处置	胸腔引流袋	套	4		
	残肢处置	截肢包	套	1		

（六）中毒处置背囊

背包名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注
防护器材包	个人防护	分类包囊	个	1	背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡	市、县级中毒救援队伍配置 2 组
		C1 防护服	套	2		
		C2 防护服	套	2		
		医用外科口罩/N95 口罩	个	5/5		
		全面罩过滤式呼吸器	个	1	包括复合式滤毒罐	
		随弃式防颗粒物口罩	个	4	带呼气阀、能过滤有害粉尘及蒸汽 1860 医用防护级	
		医用乳胶手套	双	4		
		防化手套	双	4		
		防化靴	双	1		

背包名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注
洗消用品包		分类分隔包	个	1	背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡	市、县级中毒救援队伍 每队配置 1 组
	辅助器材	安全剪刀	把	1		
		医疗垃圾袋	个	5	含塑料尼龙封口扎带	
		物品收纳袋	个	10	塑料，伤员贵重物	
		一次性床单和保温毯	张	5	重伤员担架使用	
	消洗器材	水桶	个	2	折叠式硅胶；皮肤、伤口洗消；器具和防具消毒	
		无菌纱布	袋	5	清除集中的污染物	
		毛巾	张	5	洗消	
		棉签	袋	2	规格 100 支；清洗鼻腔、外耳道及伤口	
		注射器	支	10	规格 5ml；清洗鼻腔、外耳道及伤口	
		便携式洗眼器	个	1	眼睛洗消	
	消洗药品	0.9%生理盐水（500ml）	瓶	2	眼睛冲洗、口腔含漱	
		5%碳酸氢钠（250ml）	瓶	2	皮肤清洗	
		敌腐特灵冲洗液（100ml）	瓶	1	对高腐蚀性化学品沾染的眼睛、皮肤洗消	
		六氟灵洗眼液（100ml）	瓶	1	对氢氟酸或酸性化学物沾染的眼睛和面部皮肤的洗消	
		次氯盐酸溶液（100ml）	瓶	1	0.5%次氯盐酸溶液用于皮肤及伤口洗消（禁止眼睛），5%次氯盐酸溶液用于器械洗消	
		地塞米松滴眼液（5ml）	支	2	眼部冲洗后滴入	
	创面器材	凡士林纱布敷料	袋	5	保护受损皮肤、特殊毒物洗消	
		清洁病员服	套	5	保护清洁皮肤	
药品药剂包		分类分隔包	个	1	背负系统，分隔系统，药品药剂载具系统，色标，物品卡	
	急救药品	甘露醇（250ml）	瓶	5		
		甲强龙（40mg）	支	10		
		氨茶碱（0.25g）	支	10		
		肾上腺素（0.1）	支	10		

背包名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注	
		胺碘酮（150mg）	支	10			
		去甲肾上腺素（1mg）	支	10			
		速尿（20mg）	支	10			
		奥美拉唑注射液 40mg）	支	10			
	输注液体	0.9%生理盐水（250ml）	瓶	5			
		5%葡萄糖水（250ml）	瓶	5			
	解毒药品	地塞米松注射液（5mg）	支	10	通用解毒剂		
		阿托品针（0.5mg）	支	20	有机磷中毒特效解毒剂		
		解磷定（0.5mg/2ml）	支	10			
		乙酰胺注射液（2.5g）	支	10	有机氟中毒特效解毒剂		
		亚硝酸异戊酯（0.2ml）	支	10	氰化物中毒特效解毒剂		
		抗氰急救针（200mg）	支	10			
		注射用硫代硫酸钠（0.64g/ml）	支	20			
		亚甲蓝注射液(20mg/2ml)	支	10	亚硝酸盐中毒特效解毒剂		
		碘化钾（100mg/片）	片	10	阻止放射性核素吸收		
	污物收纳	医用垃圾袋	个	10	含塑料尼龙封口扎带		
		医用锐器盒	个	3	规格≤0.5L		
生物样品采样包		分隔分储包	个	1	分隔系统，载具系统，色标，物品卡		
	采样装置	采样盒	个	1	血样		
		消毒喷雾（25ml）	瓶	1			
		压脉带	根	2			
		采样空针（5ml）	支	10			
		采样试管（红黄绿紫）（5ml）	支	各 5 支			
		尿沉渣管（10ml）	根	5	尿样		

背包名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注
环境样品采样包		分类分隔背囊	个	1	背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡	市级中毒救援队伍每队配置1组
	风向仪	风速风向仪（FT-SQ5）	台	1		
	气体检测仪	便携式气体检测仪器（ZC-01）	台	1	氧气，二氧化碳，二氧化硫，硫化氢	
		便携式气体检测仪器（ZC-02）	台	1	二氧化氯，氨气，臭氧，氰化氢	
		便携式气体检测仪器（ZC-03）	台	1	磷化氢，一氧化碳，一氧化氮，光气	
	辐射监测仪	个人剂量报警仪（RG100）	台	1	主要用于监测X射线和γ射线	
		便携式辐射检测仪（RG150）	台	1	主要用于监测αβ射线、X射线和γ射线	
	采样装置	标本采样袋（200mL）	个	10		
		标本采样瓶（200mL）	个	10		
标识器材包	标识器材	分类包分	个	1	软包囊，载具系统，色标，物品卡	
		警示标贴	套	1	人员车辆路径、场所标识	

（七）心理救援背囊

背包名称	装备模块	配置产品名称	单位	数量	功能要求	备注
心理救援背包		分类分隔包	个	1	分隔系统，载具系统，色标，物品卡	心理救援队伍配置1个
	工作器材	快速心理筛查表	套	1	两望八问表电子版	
		宣教音视频	个	2	U盘、宣教手册模版	
		工作记录表	套	1		
		高音喇叭	个	2		

(八) 核与辐射处置背囊 (按需选配)

背囊名称	装备模块	设备配置名称	单位	数量	功能要求	备注
防护器材包	防护器材	分类分隔包	个	1	分隔系统, 载具系统, 色标, 物品卡	核与辐射 队伍配置 1 组, 按 8 人 配置
		物品压缩袋	个	10		
		C 级防护服	件	8		
		D 级防护服	件	8		
		N95 口罩	个	16		
		医用防护面罩	件	8		
		靴套	套	16		
		医用外科手套	套	16		
		橡胶手套	套	16		
监测器材包	监测仪器	个人辐射剂量报警仪	个	8	直读式	
		热释光个人剂量仪	个	8		
防污器材包	防污器材	医用垃圾袋	个	10	含塑料尼龙封口扎带	
		辐射污物罐	个	2		
标识器材包	标识器材	辐射警示帖	套	1	人员车辆路径、场所标识	
药品药剂包	口服药品	碘化钾片			由队伍根据自己所在地区及任务类型自行配置	